

## Регламент техобслуживания палатной сигнализации.

**Техническое обслуживание Палатной сигнализации (системы вызова персонала)** – комплекс операций, осуществляемый в процессе эксплуатации системы палатной сигнализации с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ею заданных функций.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий направленных на поддержание палатной сигнализации в состоянии работоспособности.

В Рамках договора проводится **плановое и внеплановое обслуживание** системы вызова персонала.

Плановое обслуживание системы производится на основании договора на обслуживание в соответствии с перечнем работ по техническому обслуживанию. Наши специалисты в соответствии с графиком выезжают на объект для выполнения регламентных работ.

Внеплановое обслуживание систем вызова персонала производится разово на основании заявки на тестирование и ремонт или настройку системы. Наши специалисты так же выезжают на объект и проверяют работоспособность системы в целом и отдельных компонентов в соответствии с завкой. В случае необходимости, производится ремонт или замена вышедшего из строя компонента (изделия), составляется соответствующий двухсторонний акт. При этом на срок ремонтных работ мы бесплатно предоставляет оборудование в пользование.

Условия договора по внеплановому обслуживанию оговариваются в каждом случае отдельно в зависимости от объема и продолжительности работ.

Таблица\_1 Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию Системы вызова персонала.

№ п/п	Перечень работ	Сроки
1	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, грязи, прочности крепления и т.п.	1 раз в квартал
2	Контроль работы компонентов системы. Работа кнопок вызова, коридорных ламп, палатных консолей, переговорных устройств и т.д.	1 раз в квартал
3	Контроль источника питания по напряжению. Контроль элементов питания устройств.	1 раз в квартал
4	Комплексная проверка и испытания системы в присутствии заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ ТО	1 раз в квартал
5	Работы по очистке от пыли и загрязнений компонентов системы.	1 раз в квартал
6	Тестирование и диагностика программного обеспечения.	1 раз в квартал
7	Измерение сопротивления заземления, линии интерфейса.	1 раз в год
8	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	1 раз в 3 года

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /